



Nr sprawy: ZP.272.7.2020

Sandomierz, dnia 24.06.2020r.

INFORMACJA

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:
**„ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY
MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH
W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19”**

w celu realizacji projektu pn. **„WSPARCIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO W WALCE
Z KORONAWIRUSEM”**

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający odpowiada na zadane Pytania:

Pytanie 1

Czy jeden adres równa się jedna wysyłka czy dopuszczacie Państwo wysyłkę kilku dostaw pod jeden adres?

Odpowiedź 1

Ilość dostaw pod jeden adres będzie zależna od Wykonawcy, tj. jeśli Wykonawca dysponuje ilością produktów zgodną z zamówieniem to może jednorazowo je dostarczyć. Niemniej jednak kalkulując wycenę należy wziąć po uwagę, że miejsc dostawy danego produktu może być kilka.

Zamawiający zgodnie z treścią wzoru umowy określili ilość miejsc dostaw wraz ze wskazaniem ile sztuk danego produktu powinno być dostarczone do danego Odbiorcy w tzw. protokołach odbioru, które każdy z Wykonawców otrzyma drogą mailową po ogłoszeniu wyników i podpisaniu umów.

Pytanie 2 (dotyczy poz. 27 łóżko elektryczne Vida z akumulatorem i panelem)

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20cm?
- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 850x2000mm?
- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją uda w zakresie 0-40°?
- Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem wyposażonym w sygnalizację w postaci diod LED informujących o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota?
- Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez optycznego wskaźnika ładowania akumulatora, a wskaźnik taki umieszczony jest na panelu do sterowania?
- Czy Zamawiający dopuści ramkę na karę gorączkowa ze szczeliną od wsuwania kart 6 mm?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione parametry.

Pytanie 3 (dotyczy poz. 28 szafka przyłóżkowa)

Czy Zamawiający dopuści szafki z blatami zabezpieczonymi na krawędziach tworzywowymi półwałkami?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza szafki z blatami zabezpieczonymi na krawędziach tworzywowymi półwałkami.



Pytanie 4 (dotyczy poz. 3 fartuchy jednorazowe)

Czy zamawiający dopuszcza fartuchy jednorazowe bez normy?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza fartuchy jednorazowe bez normy.

Pytanie 5 (dotyczy poz. 4 fartuchy chirurgiczne)

Czy chodzi o fartuchy wzmocnione na przodzie i rękawach? Czy muszą posiadać normę?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne bez normy, bez wzmocnienia na przodzie i rękawach.

Pytanie 6 (dotyczy poz. 6 maseczki jednorazowe)

Czy wymagana jest norma na maski?

Odpowiedź 6

Zamawiający wymaga by maski posiadały normę.

Pytanie 7 (dotyczy poz. 9 czepek)

Czy chodzi o czepek typu hełm i czy wymagana jest norma?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza czepek typu hełm, nie wymagana jest norma.

Pytanie 8

Czy 3 dni realizacji od chwili złożenia zamówienia można ustalać indywidualnie z uwagi na to ,że jesteśmy producentem. Nie posiadamy oferowanego asortymentu na półce lecz go produkujemy.

Odpowiedź 8

Oferent w załączniku nr 3 do oferty (Uszczegółowienie oferty) wskazuje w kolumnie nr 8 (termin dostawy w dniach) ilość dni w jakich jest w stanie zrealizować zamówienie. Jest to jedno z dwóch kryteriów oceny ofert.

Pytanie 9 (dotyczy poz. 2 przyłbice wielokrotnego użytku)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przyłbice o wadze: 0,70 g ? Przyłbice spełniają pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza przyłbice o wadze do 80 g.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

W podpisie Marcin Piwnik
Starosta